

Działdowo 15.02.2018r.

ZSZ.D. 080.06.2018

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie objętym wprowadzonymi poniżej zmianami.

Zapytanie II

Pytanie 1

Poz. 19. Miernik cyfrowy RLC

Czy Zamawiający dopuszcza miernik bez pomiaru częstotliwości oraz bez pomiaru temperatury? Typowy miernik RLC ma jedynie możliwość pomiaru rezystancji, indukcyjności oraz pojemności, ewentualnie stratności, kąta fazowego lub dobroci.

Odpowiedź 1

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MIERNIK BEZ POMIARU CZĘSTOTLIWOŚCI I TEMPERATURY.

Pytanie 2

Poz. 40 Czy Zamawiający dopuszcza aby karta podłączana przez USB do komputera posiadała częstość próbkowania 200MHz oraz pasmo 75MHz?

Odpowiedź 2

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA KARTĘ USB Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ PRÓBKOWANIA 200MHz ORAZ PASMEM 75MHz.

